

Stare Bogaczowice 21.05.2018 r.

.....
pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy: RIG.271.16.2018-2

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZNAK RIG.271.16.2018-1 - „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu
Gminy Stare Bogaczowice”

Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga w komplecie do defibrylatora, uchwyt umożliwiający przymocowanie do pionowej powierzchni (wnętrze kabiny) na czas transportu - certyfikat zgodności z PN EN 1789?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga w komplecie do defibrylatora, uchwyt umożliwiający przymocowanie do pionowej powierzchni (wnętrze kabiny) na czas transportu - certyfikat zgodności z PN EN 1789.

**Zastępca Wójta Gminy
Stare Bogaczowice**

.....
Bogdan Stochaj
podpis Kierownika Zamawiającego